

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 98753-26

Срок действия утверждения типа до **17 июня 2031 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Расходомеры кориолисовые ИНМАСС

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Инвард» (ООО «Инвард»), г. Рязань

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Инвард» (ООО «Инвард»), г. Рязань

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
РТ-МП-424-208-2026

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 5 лет - при измерении расхода и/или количества жидкости; 4 года - при измерении расхода и/или количества газа; 1 год - при измерении расхода и/или количества нефти; 1 год - канал измерения плотности

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от **17 июня 2026 г. N 1180.**

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 316B076EA979CDFD7618B7011C5621C3
Кому выдан: Лазаренко Евгений Русланович
Действителен: с 13.01.2026 до 08.04.2027

Е.Р.Лазаренко

«18» июня 2026 г.